



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 22.01.2020r.

RCKiK/18/4/2020

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę 2.500 szt. laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do KKP, udzielamy następujących wyjaśnień:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

1. Dot. ad. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do KKP, w których pusty pojemnik odbiorczy – oddychający z tworzywa do przechowywania uzyskanego UKKP przez 5 dni, ma pojemności 1300 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dot. ad. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów, gdzie jednej filtr umożliwia przefiltrowanie zestawu KKP złożonego z kożuszków leukocytarnych-płytkowych w ilości 4-6?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dot. ad. 11 - Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem o możliwość zaoferowania nowoczesnego rodzaju filtra wyposażonego w miękką obudowę, gdzie odpowietrzanie następuje samoistnie, bez konieczności wykorzystywania by-pass.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W KALISZU

lek. med. Krzysztof Korzeniowski