



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 09.01.2020r.

RCKiK/18/01/2020

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę dwóch sztuk aparatów do pobierania osocza metodą automatycznej aferezy, udzielamy następujących wyjaśnień:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający w pkt. 1 Załącznika nr 1 wymaga urządzenia przenośnego o zwartej, kompaktowej budowie i wadze do 25 kg. Wnosimy o zaakceptowanie mobilnego urządzenia o wadze ok. 43 kg, wyposażonego w kółka jezdne zapewniające łatwe (bez użycia dużej siły) przemieszczanie separatora bez konieczności jego przenoszenia. Oferowane przez nas urządzenie zapewnia dużą ergonomię pracy wraz z instalacją zestawu w pozycji stojącej bez konieczności pochylania się. W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o wyjaśnienie wymogu dotyczącego maksymalnej wagi urządzenia, ponieważ tak mała masa aparatu miałaby znaczenie użytkowe tylko w przypadku konieczności przenoszenia urządzenia celem zmiany jego lokalizacji (a nie przesuwania z wykorzystaniem zainstalowanych kółek jezdnych)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na potrzebę zmiany lokalizacji urządzeń (plazmafereza lecznicza w szpitalu przy łóżku pacjenta).

2. Zamawiający w pkt. 3 Załącznika nr 1 wymaga czas przeprowadzenia procedury poboru 600 ml osocza od dawcy poniżej 30 minut. Wnosimy o zaakceptowanie urządzenia gdzie maksymalny czas poboru 600 ml osocza nie powinien przekraczać 45 minut (w zależności od dawcy). Fakt dłuższego niż wymagany przez Zamawiającego czas poboru wynika z mniejszej objętości krwi pozaustrojowej procedowanej podczas cyklu poboru co w znaczący sposób przekłada się na bezpieczeństwo i komfort dawcy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zamawiający w pkt. 5, ppkt a) treści Zapytania Ofertowego zawarł wymóg dostarczenie urządzeń w przeciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy. Wnosimy o zaakceptowanie maksymalnego terminu dostawy wynoszącego 30 dni od daty zawarcia umowy.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W KALISZU
[Signature]
lek. med. Krzysztof Korzeniowski