



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 02.04.2020r.

RCKiK/18-I/4/2020

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego RCKiK/18-I/4/2020 pn. "Dostawa zestawów jednorazowego użytku wraz z niezbędnymi płynami do poboru UKKP wraz z dzierżawą 2 szt. separatorów komórkowych", zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy jednoigłowe umożliwiające pobór UKKP w osoczu lub UKKP w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego poboru osocza bez możliwości pobierania samego osocza oraz UKKCz?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający zaakceptuje ACD-A o pojemności 500 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający zaakceptuje dzierżawę 2 szt. separatorów do poboru UKKP w osoczu lub UKKP w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego poboru osocza bez możliwości pobierania UKKCz, w tym jednocześnie bez możliwości zawieszania UKKCz w roztworze wzbogacającym?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia nie posiadające opinii IHiT w Warszawie? W zamian tego proponujemy referencje ośrodków pracujące na danym aparacie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ, wymóg posiadania pozytywnej opinii IHiT w Warszawie dotyczy nowowprowadzonych aparatów, które nie były stosowane jeszcze w rutynowej pracy RCKiK.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie dające możliwość uzyskania produktu ubogoleukocytarnego w postaci tzw. „suchej” z koniecznością dodatkowej manualnej pracy przygotowawczej do zawieszenia uzyskanego produktu w osoczu lub roztworze wzbogacającym?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie nie zawierające detektorów hemolizy, obecności płynu/roztworu wzbogacającego i obecności antykoagulantu? Funkcja sprawdzenia obecności płynów odbywa się za sprawą wag oraz pomp, w które wyposażony jest aparat.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w ręczną zgrzewarkę do drenów nie zintegrowaną z aparatem?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawy zestawów na paletach drewnianych?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę urządzeń do 10 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy projektu umowy

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę wysokości kary umownej (dot. § 6 pkt. 2 ppkt. 3) w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych dostaw, w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy, z wysokości 100 zł na 50 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z-CIA DYREKTORA
REGIONALNEGO OŚRODKA
KRWIODAWSTWA I TRANSFUZJONICTWA
W KRAKOWIE
Wojciech Zachor