



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 27.10.2020r.
RCKiK/18/15/2020

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę próbek do próżniowego systemu pobierania krwi, udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania ofert o kilka dni np. do poniedziałku 3 listopada. Przychylenie się do naszej prośby umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy pozycji 1 i 2 formularza oferty:

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania próbek do badań metodami biologii molekularnej z żelem separującym i EDTA (punkt 1 i 2 tabeli formularza oferty), których przechowywanie przed wirowaniem jest możliwe do 6 godzin, a wydłużony czas przechowywania (powyżej 6 godzin) jest możliwy do zwalidowania przez użytkownika i oba fakty znajdują potwierdzenie w dokumentach producenta próbek (tj w karcie technicznej produktu i/lub instrukcji użytkowania próbek), które zostaną dołączone do oferty:

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do oferty próbek z żelem separującym i EDTA do badań metodami biologii molekularnej (dot. pkt 1 i 2 tabeli formularza oferty), których przechowywanie od momentu pobrania do czasu wirowania (separacji) wynosi do 6 godzin.

3. Dotyczy pozycji 2 formularza oferty:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbek, dla których producent w instrukcji użytkowania próbek dopuszcza określenie procedury mrożenia próbek przez użytkownika?

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do oferty próbek z określoną przez producenta procedurą mrożenia.

4. Dotyczy pozycji 5 formularza oferty:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbek z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym, które zgodnie z instrukcją obsługi producenta, należy zwirować do 2 godzin od pobrania materiału? Wydłużone procedury przechowywania próbek nie zostały zwalidowane dla

oznaczeń HIV, HCV, HBS i kiły, a badania prowadzone w tej materii nie są zalecane jako procedura postępowania z próbkami przez producentów systemów próżniowych.

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do oferty próbek z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym, które należy zwirować w czasie 2 godzin od momentu pobrania.

5. Dotyczy pkt. 1.7) Zaproszenia oraz §2 ust. 5 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatów jakości/kontroli jakości dla dostarczanej serii z każdą dostawą w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać wymienione dokumenty dla określonego numeru katalogowego i nr LOT?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym punkt 1.7) Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

7) Wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia, realizowaną na podstawie pojedynczego zlecenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat jakości/kontroli jakości dla dostarczanej serii przedmiotu umowy lub udostępni stronę internetową z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać wymienione dokumenty dla określonego numeru katalogowego i nr LOT.

oraz § 2 ust. 5 projektu umowy otrzymują brzmienie:

5. Wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia, realizowaną na podstawie pojedynczego zlecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat jakości/kontroli jakości dla dostarczanej serii przedmiotu umowy lub udostępni stronę internetową z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać wymienione dokumenty dla określonego numeru katalogowego i nr LOT.

6. Dotyczy §5 ust. 2 pkt. 1-2) projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym § 5 ust. 2 pkt. 1-2) projektu umowy otrzymują brzmienie:

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

- 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;*
- 2) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;*

7. Dotyczy §5 ust. 2 pkt. 3) projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 50zł za każdy dzień opóźnienia.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym § 5 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy otrzymują brzmienie.

3) w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych dostaw, w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy:

Z poważaniem

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w KALISZU

mgr Małgorzata Tarnawska