

**Formularz oferty****I. Dane Wykonawcy:**

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Nr NIP: .....

Dane do prowadzenia korespondencji:

Nr telefonu: ..... Nr faksu: .....

Adres poczty elektronicznej: .....

**Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy próbek do próżniowego systemu pobierania krwi, składam ofertę i oświadczam, że:**

- Po zapoznaniu się z warunkami postępowania i wzorem umowy oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną poniżej:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Kod produktu	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN kol.4xkol.5	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT w PLN	Wartość brutto w PLN kol. 6+kol.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Próbki do badań metodami biologii molekularnej z żelem separującym i napylnym EDTA o pojemności nie mniejszej niż 8,0ml (średnica 16mm, wysokości 100mm), ze ściągającym lub odkręcanym korkiem umożliwiającym przekłucie w centralnym miejscu przez igłę próżniowego systemu pobierania, etykiety papierowe lub transparentne. Możliwość przechowywania nieodwirowanych próbek z krwią pełna w temp. od 20°C do 25°C do 12 godzin od momentu pobrania. Probówki finalnie sterylizowane z klasą sterylności SAL≥6. Oryginalne pakowane.		60.000					
2	Próbka do badań metodami biologii molekularnej z żelem separującym i napylnym EDTA o pojemności nie mniejszej niż 5,0 ml (średnica 13mm, wysokość 100mm) ze ściągającym lub odkręcanym korkiem umożliwiającym przekłucie w centralnym miejscu przez igłę próżniowego systemu pobierania, etykiety papierowe lub transparentne. Możliwość przechowywania nieodwirowanych próbek z krwią pełna w temp. od 20°C do 25°C do 12 godzin od momentu pobrania. Czas		60.000					

## Oznaczenie sprawy RCKiK/18/15/2020

	przechowywania próbki z osoczem w temperaturze poniżej -20°C nie krótszy niż 12 miesięcy. Probówki finalnie sterylizowane z klasą sterylności SAL≥6. Oryginalne pakowane.							
3	Probówka z K3EDTA do badań morfologicznych o pojemności od 1,5ml do 2,0ml (średnica do 13mm, wysokość do 75mm), ze ściągającym lub odkręcanym korkiem umożliwiającym przekłucie w centralnym miejscu przez igłę próżniowego systemu pobierania. Probówki finalnie sterylizowane z klasą sterylności SAL≥6. Oryginalne pakowane.		21.000					
4	Probówka z K2EDTA lub K3EDTA do badań serologicznych o pojemności od 5,0ml do 7,0ml (średnica do 13mm, wysokość 100mm), ze ściągającym lub odkręcanym korkiem umożliwiającym przekłucie go w centralnym miejscu przez igłę próżniowego systemu pobierania. Probówki finalnie sterylizowane z klasą sterylności SAL≥6. Oryginalne pakowane.		1.500					
5	Probówka na surowicę z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym, o objętości nie mniejszej niż 8,0 ml, (średnica 16mm, wysokość 100mm), ze ściągającym lub odkręcanym korkiem umożliwiającym przekłucie w centralnym miejscu przez igłę próżniowego systemu pobierania. Możliwość przechowywania nieodwirowanych próbek z krwią pełną w temp. od 2°C do 25°C do 12 godzin od momentu pobrania. Probówki finalnie sterylizowane z klasą sterylności SAL≥6. Oryginalne pakowane.		60.000					
6	Probówka z K2EDTA lub K3EDTA do badań serologicznych o pojemności od 4,0ml do 5,0ml (średnica 13 mm, wysokość do 75mm), ze ściągającym lub odkręcanym korkiem umożliwiającym przekłucie w centralnym miejscu przez igłę próżniowego systemu pobierania. Probówki finalnie sterylizowane z klasą sterylności SAL≥6. Oryginalne pakowane.		70.000					
<b>RAZEM</b>					<b>X</b>		<b>X</b>	

**2. Oświadczam, że do oferty załączam dokumenty potwierdzające posiadanie opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii o stabilności materiału genetycznego wirusów przez 5 dni od momentu pobrania.**

*UWAGA: Powyższy punkt należy skreślić, gdy Wykonawca nie posiada i nie załącza do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii o stabilności materiału genetycznego wirusów przez 5 dni od momentu pobrania.*

**3. Do oferty załączam:**

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  - 2) próbki oferowanych produktów – po 5 szt. (dot. pozycji 3,4),
  - 3) próbki oferowanych produktów – po 20 szt. (dot. pozycji 1,2,5,6)
  - 4) instrukcję użytkowania i przechowywania próbek,
  - 5) specyfikację w języku polskim.
4. Oświadczam, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
  5. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi do 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.
  6. Zaproponowana w formularzu oferty cena brutto zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
  7. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie złożonej faktury, wystawionej po realizacji każdorazowej dostawy, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
  8. Oświadczam, że oferowany produkt jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty gwarancją producenta.
  9. Oświadczam, że dysponuję wiedzą, odpowiednią bazą i środkami umożliwiającymi realizację zamówienia.
  10. Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
  11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO <sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu <sup>2)</sup>.

Załączniki do oferty:

- 1) .....
- 2) .....
- n) .....

.....  
miejscość i data

.....  
/podpis/y, pieczęćka/i osoby/osób upoważnionych  
do reprezentacji wykonawcy <sup>3)</sup>

**Objaśnienia:**

<sup>1)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

<sup>2)</sup> W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie).

<sup>3)</sup> W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działająca/działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.