



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 14.09.2021r.

RCKiK/18/11/2021

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na Dostawę zestawów pojemników pustych o pojemności a'600ml przeznaczonych do pozyskiwania surowicy w ilości 7.000 szt., udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający zgodzi się na igłę cienkościenną ze zintegrowaną osłoną igły zabezpieczającą igłę po pobraniu? Konstrukcja igły umożliwi zamknięcie igły bez przesuwania osłony igły po drenie. Dodatkowo konstrukcja igły i budowa uchwytu umożliwi komfortowe wklucie i wyklucie, a igła cienkościenna powoduje mniejszy odczuwany ból przez dawcę przy wkluciu.

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści dren czerpalny o długości 138-157 cm od pojemnika do nasady igły?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający w pkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia określił, że pojemniki powinny posiadać na etykiecie skład płynów. Zwracamy się do Zamawiającego o sprostowanie jakie płyny powinny być w pojemnikach lub odstąpienie od tego warunku.

Odp.: Zamawiający odstępuje od tego warunku.

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska

Dyrektor

RCKiK w Kaliszu