



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 23.02.2022r.

RCKiK/18/2/2022

INFORMACJA

W związku z pytaniem dot. postępowania na **dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi do wykonania 70.000 oznaczeń 5 DIFF wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego na okres 24 miesięcy oraz podłączeniem do programu Bank Krwi**, udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy pkt 4. załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy pkt I Wymagane parametry techniczne.

Czy Zamawiający dopuści analizator, który do wykonania morfologii CBC oraz CBC+5 DiFF, aspiruje w trybie podajnikowych/zamkniętym tylko 80 µl, a w trybie mikro/otwartym tylko 35 µl. Dodatkowo w trybie predylucji tylko 20 µl

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie analizatora, który w trybie mikro/otwartym aspiruje poniżej 40µl

2 Dotyczy pkt 12. załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy pkt I Wymagane parametry techniczne.

Prosimy o możliwość zaoferowania analizatora, w którym parametr HCT jest parametrem wliczanym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 12 załącznika nr 2

3. Dotyczy pkt 33. załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy pkt I Wymagane parametry techniczne.

Prosimy o dopuszczenie analizatora, który nie posiada systemu kontroli jakości parametrów wewnątrzlaboratoryjnych połączonych z kontrolą międzylaboratoryjną. Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna, daje natychmiastowy wynik i pewność co do prawidłowego funkcjonowania aparatu. Kontrola międzylaboratoryjna online jest tylko powtórzeniem kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, wykonywanej na tym samym materiale kontrolnym. W celu dodatkowej weryfikacji, możemy zapewnić dodatkową kontrolę zewnątrzlaboratoryjną.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 33 załącznika nr 2

4. dotyczy pkt 22. załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy pkt I Wymagane parametry techniczne.

Prosimy o dopuszczenie analizatora, w którym parametry krwi kontrolnej są wczytywane z pliku lub innego nośnika np. USB.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie innych nośników danych parametrów krwi kontrolnej niż dane z kodu kreskowego, płyty CD.

5. dotyczy pkt 25. . załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy pkt I Wymagane parametry techniczne.

Prosimy o dopuszczenie analizatora, w którym informacje o kalibratorze wprowadzane są ręcznie, ale jest to czynność tylko i wyłącznie leżąca po stronie serwisu. Kalibracji aparatu nie wykonuje użytkownik.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie analizatora, w którym informacje o kalibratorze wprowadzane są ręcznie, ale jest to czynność tylko i wyłącznie leżąca po stronie serwisu

6. Dotyczy pkt. 3 i 4 załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy pkt I Dzierżawa niezbędnej aparatury do wykonywania badań i archiwizacji.

Prosimy do doprecyzowanie o jaki program do archiwizacji próbek chodzi, oraz jaki jednorazowy sprzęt oraz akcesoria do archiwizacji Zamawiający ma obowiązek dostarczyć

Odp. Zamawiający wyjaśnia:

Pkt. 3 dotyczy urządzeń/nośników niezbędnych do wykonania archiwizacji wyników badań próbek badanych (dysk HDD, napęd CD, inne).

Pkt. 4 dotyczy oprogramowania umożliwiającego archiwizację danych surowych wyników badań próbek

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu