



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 25.02.2022r.

RCKiK/18/2/2022

INFORMACJA

W związku z pytaniem dot. postępowania na **dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi do wykonania 70.000 oznaczeń 5 DIFF wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego na okres 24 miesięcy oraz podłączeniem do programu Bank Krwi**, udzielamy następujących wyjaśnień:

1 Dotyczy pkt 12. załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy pkt I Wymagane parametry techniczne.

Prosimy o możliwość zaoferowania analizatora, w którym wartość Hematokrytu HCT pochodzi z pomiaru RBC metodą impedancyjną.

$HCT=RBC \times MCV / 10$.

Składowe formuły obliczeniowej RBC i MCV są **parametrami mierzonymi bezpośrednio**. Metodą pomiarową jest impedancja, która polega na zliczaniu impulsu elektrycznego, którego wielkość jest proporcjonalnego do objętości komórki.

Metoda impedancyjna jest metodą powszechnie stosowaną we wszystkich automatycznych analizatorach hematologicznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym wartość Hematokrytu HCT pochodzi z pomiaru RBC metodą impedancyjną.

$HCT=RBC \times MCV / 10$

Składowe formuły obliczeniowej RBC i MCV są parametrami mierzonymi bezpośrednio. Metodą pomiarową jest impedancja, która polega na zliczaniu impulsu elektrycznego, którego wielkość jest proporcjonalna do objętości komórki.

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu