



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 05.07.2022r.

RCKiK/18/8/2022

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na **dostawę wraz z montażem trzech sztuk stacjonarnych foteli do pobierania krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu**, udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy pkt 1. Ppkt 5) załącznika nr 1 Formularz oferty

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w poz. 5) „głębokość fotela: 80cm” miał na myśli długość fotela w pozycji fotelowej (max. uniesiony segment pleców i max. opuszczony segment nóg)? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi 3- segmentowy o długości w pozycji fotelowej 150 cm?

Odp. Zamawiający pisząc w poz. 5) załącznika nr 1 Formularz oferty „głębokość fotela: 80cm” miał na myśli głębokość siedziska fotela. W podanych wymiarach wystąpił błąd Zamawiający zmienia zapisy w pkt 5) załącznika nr 1 Formularz oferty „głębokość fotela: 80cm” na „głębokość fotela: 50cm - 60 cm”

2. Dotyczy pkt 1. Ppkt 8) załącznika nr 1 Formularz oferty

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w poz. 8) „fotel wyposażony w podnózek” miał na myśli fotel do pobierania krwi wyposażony w regulowany segment nóg?

Odp. Zamawiający pisząc w poz. poz. 8) załącznika nr 1 Formularz oferty „fotel wyposażony w podnózek” miał na myśli fotel do pobierania krwi wyposażony w regulowany segment nóg.

3. Zamawiający zmienia błędne zapisy pkt 1. Ppkt 6) załącznika nr 1 Formularz oferty Z „długość całkowita fotela po rozłożeniu: 180 cm - 230 cm” na „długość całkowita fotela po rozłożeniu: 200 cm - 230 cm”.

Załączniki:

1. **Formularz oferty po zmianie** - do wypełnienia

Z poważaniem

Dariusz Szambelan

Zastępca Dyrektora ds. medycznych
RCKiK w Kaliszu