Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Zdrowia
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Kalisz dnia 07.02.2023r.

RCKiK/18/3/2023

# INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na **dostawę inkubatora z wytrząsarką do RCKiK w Kaliszu** w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „**Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt**”
**(RCKiK/18/3/2023)**, udzielamy następujących wyjaśnień:

## I. Pytania do Załącznika nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 1 dotyczy SWZ, Załącznik nr 3**
Zamawiający wymaga aby inkubator posiadał otwór techniczny do zamontowania czujek temperatury i aby umożliwiał podłączenie pod centralny monitoring temperatur w czasie rzeczywistym. Prosimy o zaakceptowanie przez Zamawiającego inkubatora wyposażonego w otwór techniczny, o średnicy nie mniejszej niż 10 mm, zapewniający swobodne poprowadzenie czujników wewnątrz urządzenia.
**Odpowiedź:**
Zamawiający wymaga otwóru o średnicy 10 mm. Zamawiający wymaga zamontowania przez Dostawcę dwóch pojemników wewnątrz inkubatora o pojemności 100 ml. Czujniki temperatur zostaną umieszczone wewnątrz pojemników w urządzeniu.

**Pytanie nr 2 dotyczy SWZ, Załącznik nr 3**
Zamawiający wymaga aby wytrząsarka zawierała co najmniej 7 perforowanych półek, z możliwością regulacji odstępów między półkami. Prosimy o zaakceptowanie urządzenia wyposażonego w 1 nieruchomą perforowaną półkę oraz 7 perforowanych szuflad rozmieszczonych w odstępach co 35 mm. Urządzenie posiada dodatkowe prowadnice ślizgowe dzięki którym możliwa jest regulacja odległości między szufladami. Czy Zamawiający wymaga aby szuflady wytrząsarki posiadały uchwyty etykiet? Takie rozwiązanie usprawni proces przechowywania i identyfikacji miejsca, w którym znajduje się jednostka bez konieczności otwierania drzwi inkubatora oraz wysuwania szuflad.
**Odpowiedź:**
Tak, Zamawiający dopuści wyżej opisaną konfigurację urządzenia.

## II. Pytania do załącznika nr 2 Projekt umowy

Dotyczy § 1 ust. 2 Załącznika nr 2, o treści:
„ 2. Zamawiający zastrzega, że realizacja niniejszej umowy jest uzależniona od dofinansowania w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020: XI REACT- EU, działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Tytuł projektu: „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt”.

**Pytanie 1**
Mając na względzie fakt, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, są dedykowane tylko i wyłącznie do przedmiotowego postępowania oraz wytwarzane na skonkretyzowane zamówienie, i po wykonaniu nie ma możliwości wykonania zwrotu do producenta urządzeń, zwracamy się o wyjaśnienie jaki może być poziom procentowy braku dofinansowania projektu, który skutkuje zaniechaniem wykonania przez Państwa Umowy?

**Pytanie 2**
Dodatkowo, czy w przypadku zawarcia Umowy w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający może nie otrzymać dofinansowania w ramach projektu?

**Pytanie 3**
Mając na względzie fakt, że zapisami § 7 ust. 2 Załącznika nr 2, Zamawiający przewiduje zastosowanie kar, np. z tytułu opóźnienia w wykonaniu Umowy oraz odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w wykonaniu tej Umowy, jakie konsekwencje przewiduje Zamawiający w przypadku kiedy Wykonawca sprowadzi przedmiot zamówienia na terytorium RP, który będzie dedykowany do tego zamówienia a Zamawiający przed dostawą ze względu na brak dofinansowania odstąpi od tej Umowy? Szczególnie istotnym jest fakt, czy Zamawiający przewiduje jakiekolwiek środki odszkodowawcze dla Wykonawcy w sytuacji jak powyżej.

**Odpowiedź:**
Zamawiający aktualnie ma już przyznane dofinansowanie projektu oraz podpisaną umowę z Instytucją Pośredniczącą w związku z powyższym umowa na dostawę urządzeń zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

**Zamawiający informuje, iż**
1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

*Z poważaniem*

Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu