

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na **dostawę komory laminarnej do preparatyki krwi do RCKiK w Kaliszu** w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „**Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt**” (RCKiK/18/5/2023), udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości zewnętrznej 764 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę o głębokości zewnętrznej 764 mm.

Pytanie nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, która została sklasyfikowana wg normy EN 12469:2000 jako MSC klasy II? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę laminarną, która została sklasyfikowana wg normy EN 12469:2000 jako MSC klasy II, pod warunkiem wskazania przez dostawcę równoważności norm i wynikającego z ich spełnienia bezpieczeństwa pracy z komorą laminarną.

Pytanie nr 3:

1. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z płytą roboczą segmentowaną ale w przestrzeni roboczej nieposiadającej perforacji? Błat podzielony na kilka segmentów jest łatwiejszy w demontażu, a segmenty pozwalają na autoklawowanie. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej z płytą roboczą segmentowaną ale w przestrzeni roboczej nieposiadającej perforacji i podtrzymuje zapisy zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia II pkt 12). Zamawiający nie planuje demontażu komory laminarnej. Zamawiający uznaje, że przy jednolitym blacie roboczym można równie skutecznie i dokładnie dokonać jego dezynfekcji.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu