

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na **dostawę komory laminarnej do preparatyki krwi do RCKiK w Kaliszu** w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „**Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt**” (RCKiK/18/5/2023), udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

1. Dot. OPZ, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści komorę o głębokości zewnętrznej 810 mm, z możliwością zredukowania jej do <780 mm na potrzeby transportowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę o głębokości zewnętrznej 810 mm, z możliwością zredukowania jej do <780 mm na potrzeby transportowe.

2. Dot. OPZ, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z lampą UV montowaną magnetycznie na tylnej ścianie przestrzeni roboczej, zamiast lampy wbudowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z lampą UV montowaną magnetycznie na tylnej ścianie przestrzeni roboczej, zamiast lampy wbudowanej

3. Dot. OPZ, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z całościową szybą przednią przesuwaną elektrycznie? Sposób przesuwania szyby nie ma znaczenia funkcjonalnego dla komory.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z całościową szybą przednią przesuwaną elektrycznie.

4. Dot. Wymagań dotyczących realizacji zamówienia, pkt. 12

Zamawiający wymaga, aby naprawa urządzenia nie trwała dłużej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Prosimy o modyfikację wymogu w następujący sposób: „Naprawa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni robocze od daty zgłoszenia, lub nie dłużej niż 15 dni roboczych, jeśli wymagane jest sprowadzenia części zza granicy”.

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Komora laminarna jest urządzeniem gabarytowym, produkowanym na zamówienie. Niemożliwe jest w tym przypadku dostarczenie urządzenia zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia III pkt. 12 i nie wyraża zgody na modyfikacje dotyczące warunków naprawy urządzenia.

Zamawiający nie odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego w sytuacji przedłużającej się naprawy. Komora laminarna jest urządzeniem niezbędnym w Centrum Krwiodawstwa. Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze w przypadku przedłużającej się naprawy na wniosek Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o głębokości komory większej o 210 mm, co przekłada się na większą również szerokość wewnętrzną urządzenia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę o głębokości komory większej o 210 mm, co przekłada się na większą również szerokość wewnętrzną urządzenia.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z szybą elektryczną ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę z szybą elektryczną.

3. Prosimy o wykreślenie z wymagań kwalifikacji PQ , której nie dotyczy komora laminarna

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z wymagań kwalifikację procesową - PQ.

Pytanie nr 3:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości wewnętrznej 63 cm i zewnętrznej 79,8 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o głębokości wewnętrznej 63 cm i zewnętrznej 79,8 cm.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o natężeniu oświetlenia roboczego wynoszącym >800 lux.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o natężenie oświetlenia roboczego wynoszącym >800 lux. i podtrzymuje zapisy zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia II pkt. 6)

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu