



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



oznaczenie sprawy: RCKiK/18/10/2023

Kalisz dnia 26.07.2023r

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z pytaniami dot. postępowania na **dostawę dwóch szaf na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/10/2023)**, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie szafy chłodniczej o wysokości zewnętrznej 1994 mm, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania dotyczące wymiarów i parametrów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą o wysokości zewnętrznej 1994 mm, która spełnia pozostałe wymagania dotyczące wymiarów i parametrów.

Pytanie 2:

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy.

Tym samym zmianie ulegają zapisy § 4 ust 1 Projektowanych postanowień umowy.

„1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie do **21 dni** licząc od daty podpisania niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi integralną część umowy”

Pytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Odp: Urządzenie będzie umieszczone na parterze.

Pytanie 4: Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku, jaka jest jej wielkość po podłodze?

Odp: Nie ma windy osobowej/towarowej w budynku.

Pytanie 5: Czy będzie konieczność przemieszczenia zamrażarki po schodach ?

Odp: Tak, będzie konieczność przemieszczania urządzenia po schodach.

Pytanie 6: Jakiej wielkości są otwory drzwiowe ?

Odp: Otwory drzwiowe mają wymiar 80x203 cm .

Pytanie 7: Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia?

Odp: Nie ma innych ograniczeń architektonicznych na drodze transportu urządzenia.

Pytanie 8: Czy dopuszczają Państwo możliwość zmiany warunków umowy?

Chodzi o zapisy dotyczące warunków gwarancji i rękojmi na zgodne z naszym regulaminem?

Np. w przypadku zakupu na firmę rękojmią nie obowiązuje.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy dot. rękojmi za wady.
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą dwudrzwiową o wymiarach zewnętrznych 122x80,8x192 cm (SzxGxW) i wymiarach wewnętrznych 2x56,5x63,4x135,4 cm (SzxGxW), która oferuje aż 1006 l pojemności użytkowej?

Odp: Zamawiający nie dopuści szafy chłodniczej dwudrzwiowej o wymiarach zewnętrznych 122x80,8x192 cm (SzxGxW) i wymiarach wewnętrznych 2x56,5x63,4x135,4 cm (SzxGxW), która oferuje aż 1006 l pojemności użytkowej z uwagi na wymiary otworów drzwiowych 80x203 cm

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą dwudrzwiową o wymiarach zewnętrznych 130x82,7x194,5 cm (SzxGxW) i wymiarach wewnętrznych 2x59x69x140 cm (SzxGxW), która oferuje aż 1073 l pojemności użytkowej?

Odp: Zamawiający nie dopuści szafy chłodniczej dwudrzwiowej o wymiarach zewnętrznych 130x82,7x194,5 cm (SzxGxW) i wymiarach wewnętrznych 2x59x69x140 cm (SzxGxW), która oferuje aż 1073 l pojemności użytkowej z uwagi na wymiary otworów drzwiowych 80x203 cm

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami

Dariusz Szambelan
Z-ca Dyrektora ds.
Medycznych
RCKiK w Kaliszu