



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 06.09.2023r.

RCKiK/18/14/2023

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na **dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych do RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18/14/2023)**, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Część 1, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających zewnętrzną powierzchnię mikroteksturowaną oraz teksturę na opuszkach palców

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rękawiczki z delikatną zewnętrzną powierzchnią mikroteksturową oraz delikatną teksturą na opuszkach palców.

Pytanie 2:

Część 1, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby wszystkie napisy na opakowaniu były w języku polskim i wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniach posiadających dodatkowe informacje w języku angielskim oraz w postaci znormalizowanych symboli – zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi oznakowania wyrobów medycznych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie 3:

Część 1, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic w opakowaniach a'100 sztuk lub a'50 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniach a'100 sztuk lub a'50 sztuk.

Pytanie 4:

Część 1, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodność z normą PN-EN 455 może zostać potwierdzona za pomocą deklaracji zgodności – tj. dokumentu producenta, który to ma obowiązek badać zgodność produktów z ww normą i potwierdzać zgodność w np. deklaracji zgodności lub dokumencie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodność z normą PN-EN 455 może zostać potwierdzona za pomocą deklaracji zgodności.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL-1,0?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie rękawic z AQL na poziomie 1,0

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu