



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 11.12.2023r.
RCKiK/18/27/2023

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonania badań stężenia białka całkowitego w ilości 8 000 i stężenia albuminy w ilości 6 000 oraz stężenia IgG w ilości 60 w okresie 12 miesięcy do RCKiK w Kaliszu, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 od Wykonawcy:

Przesyłam pytania do zapytania nr RCKiK/18/27/2023:

Do załącznika nr 6

pkt. 27 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga certyfikatu wydanego 3 lata temu, który może być nieaktualny czy potwierdzający przez Producenta min. 3 letnie doświadczenie Wykonawcy w zakresie serwisowania i aplikacji urządzenia?

pkt. 27 - W związku z wymogiem przedstawienia certyfikatu producenta prosimy o potwierdzenia, iż ma być to certyfikat potwierdzający przez producenta że Wykonawca jest przez niego autoryzowany.

Odp.:

Zamawiający wymaga certyfikatów wydanych przez Producenta analizatora dla inżyniera serwisu technicznego i pracownika aplikacyjnego potwierdzającego posiadanie min. 3 letniego doświadczenia w zakresie serwisowania i aplikacji tego analizatora. Dopuszczamy certyfikaty wydane min. 3 lata temu jak i certyfikat potwierdzający przez Producenta 3 letnie doświadczenie w zakresie serwisowania i aplikacji

Z poważaniem
Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu