



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



oznaczenie sprawy: RCKiK/18/12/2024

Kalisz dnia 28.06.2024r

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę zamrażarki do przechowywania składników krwi na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (**RCKiK/18/12/2024**), udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zamrażarkę wyposażoną w 4 półki, wymiar każdej półki to szer x gł 620 x 800 mm, przepust czujnika o sred. 7 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści ofertę zamrażarki o zaproponowanych parametrach .

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę umożliwiającą umieszczenie na jednej półce 2 pojemniki na składniki krwi o wymiarach (S40 x G30 x W15 cm) posiadającą 6 półek i pozwalającą pomieścić łącznie w komorze 12 takich pojemników?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w 4 kółka nastawne oraz dwie nóżki poziomujące z przodu urządzenia służące do wypoziomowania oraz zablokowania zamrażarki w miejscu jej pracy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

Bardzo proszę o informację na temat drogi transportowej, którą urządzenie ma być wprowadzone do budynku i pomieszczenia docelowego

- na którym piętrze znajduje się docelowe pomieszczenie
- czy na drodze transportowej znajdują się jakieś schody ?
- czy na drodze transportowej znajduje się winda?
- jeśli tak to bardzo proszę o podanie wymiarów drzwi oraz komory windy
- czy na drodze transportowej znajdują się jakieś drzwi, jeśli tak to proszę o podanie szerokości oraz wysokości otworu drzwiowego

Odpowiedź:

Pomieszczenie docelowe znajduje się na parterze.

Na drodze transportowej nie ma schodów.

Na drodze transportowej nie ma windy.

Na drodze transportowej znajdują się drzwi o wymiarach – wys. 199 cm, szer. 115 cm.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

Dariusz Szambelan

Z-ca Dyrektora

RCKiK w Kaliszu