



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 11.07.2024r.
RCKiK/18/13/2024

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę zgrzewarek dla RCKiKw Kaliszu (cz I i II), udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

1.Dot. pkt. 10 oraz pkt. 5

Prosimy o sprecyzowanie wymogu dotyczącego możliwości pracy bezprzewodowej; czy Zamawiający wymaga, aby ręczna głowica zgrzewająca była bezprzewodowa, czy Zamawiający dopuszcza ręczną głowicę zgrzewającą połączoną ze źródłem zasilania (tj. z jednostką zasilającą) na przewodzie dł. 1,70 (+/- 10 cm) podczas pracy?

Odp.:

Zamawiający dopuści ręczną głowicę zgrzewającą połączoną ze źródłem zasilania na przewodzie dł.1,70(+/-10 cm) podczas pracy.

Pytanie nr 2

2.Dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę z zasilaniem akumulatorowym pozwalającym na wykonanie 800 zgrzewów po każdym pełnym naładowaniu baterii

Odp.:

Zamawiający dopuści zgrzewarkę z zasilaniem akumulatorowym pozwalającym na wykonanie 800 zgrzewów po każdym pełnym naładowaniu baterii.

Pytanie nr 3

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I, rozdz. II pkt 10

Optyczna detekcja obecności drenów w głowicy zgrzewającej (z możliwością regulacji pola detekcji) - zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mechanicznej detekcji obecności drenu. Rozwiązanie to jest z powodzeniem stosowane od lat oraz eliminuje potencjalne problemy ze zbyt małym optycznym polem detekcji.

Odp.:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I, rozdz. II pkt 15

Zgrzewarka musi posiadać opakowanie umożliwiające bezpieczny transport i przechowywanie - urządzenie jest dostarczane w opakowaniu z kartonu, gwarantuje to bezpieczny transport. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dodatkowych walizek transportowych?

Odp.:

Tak, Zamawiający oczekuje dodatkowych walizek transportowych, dopuści także torby transportowe.

Pytanie nr 5

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II, rozdz. II pkt 5

Długość przewodu 1,70 metra (+/- 10 cm) - zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przewodu o długości 2m. Dodatkowe 20 cm względem oczekiwań Zamawiającego nie utrudni pracy, a wręcz ułatwi, zapewnia bowiem większy zasięg/ mobilność głowicy zgrzewającej.

Odp.:

Zamawiający dopuści przewód o długości 2m.

Pytanie nr 6

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II, rozdz. II pkt 6

Zasilane akumulatorem o wysokiej pojemności litowo-jonowym - zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w punktu. Na rynku są dostępne różne rodzaje akumulatorów, a wskazywanie konkretnego materiału, wykonania ogranicza poziom konkurencyjności. Zamawiający w punkcie 17 wskazuje oczekiwaną ilość zgrzewów na jednym ładowaniu. Jest ona możliwa do osiągnięcia na akumulatorach o różnej technologii wykonania ogniwi.

Odp.:

Zamawiający dopuści różne rodzaje akumulatorów umożliwiające wykonanie oczekiwanej ilości zgrzewów na jednym ładowaniu.

Pytanie nr 7

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II, rozdz. II pkt 15

Wskaźnik poziomu naładowania baterii, wskaźnik przegrzania sygnalizacja przegrzania sygnalizacja zgrzewu, ładowarka automatycznie kończąca proces ładowania - czy Zamawiający dopuści urządzenie, gdzie poziom baterii jest wskazywany poprzez jedną diodę (pełna / proszę naładować)? Pytanie dotyczy tylko poziomu naładowania baterii i końca procesu ładowania, gdyż urządzenie spełnia pozostałe wymagania.

Odp:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II, rozdz. II pkt 18

Obudowa akumulatora wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczona osłonkami - czy Zamawiający dopuści obudowę wykonaną z aluminium, które samo w sobie jest odporne na uszkodzenia mechaniczne? Taka konstrukcja wyklucza konieczność stosowania dodatkowych osłonek.

Odp:

Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II, rozdz. II pkt 19

Zgrzewarka, pakiet zasilający i wszystkie elementy zestawu muszą być umieszczone w przenośnej walizce - czy Zamawiający dopuści torby transportowe mieszczące wszystkie elementy zestawu?

Odp:

Tak, Zamawiający dopuści torby transportowe mieszczące wszystkie elementy zestawu.

Pytanie nr 10

Dot. Specyfikacja techniczna oferowanego produktu

Zważywszy na fakt, iż materiały informacyjne / karty katalogowe są przygotowane przez producenta zgodnie z obowiązującymi regulacjami i mają charakter uniwersalny, mogą nie zawierać wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie, złożenia oświadczenia przez producenta dot. spełnienia wymagań nie zawartych w uniwersalnych materiałach informacyjnych.

Odp:

Zamawiający dopuści oświadczenie złożone przez producenta dot. spełnienia wymagań , które nie zostały zawarte w uniwersalnych materiałach informacyjnych.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami

Z poważaniem
/-/ Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu