



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 12.07.2024r.

RCKiK/18/13/2024

### INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę zgrzewarek dla RCKiK w Kaliszu (cz I i II), udzielamy następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 1, Część II, pkt 5**

Zamawiający wymaga aby zgrzewarka posiadała długość przewodu wynoszącą 1,70 metra (+/- 10 cm). Czy Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę, której długość przewodu wynosi 1,50 metra (+/- 1%)?

**Odp 1:**

Zamawiający dopuści zgrzewarkę z przewodem o długości 1,50 metra (+/-).

**Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 1, Część II, pkt 10**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę przenośną, składającą się z ręcznej głowicy zgrzewającej połączonej za pomocą przewodu z pakietem akumulatorowym? W takiej konfiguracji urządzenie umożliwia mobilne wykonywanie zgrzewów. Podczas wykonywania zgrzewów urządzenie nie musi być podłączone do zasilania sieciowego. Jest to wymagane tylko podczas ładowania pakietu akumulatorowego.

**Odp:** Zamawiający zaakceptuje proponowane urządzenie.

**Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr 1, Część II, pkt 15**

Czy Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę bez wskaźnika poziomu naładowania baterii, wyposażoną we wskaźnik ładowania oraz naładowania baterii?

Odp:

Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę bez wskaźnika poziomu naładowania baterii, wyposażoną we wskaźnik ładowania oraz naładowania baterii.

**Pytanie nr 4 – dotyczy Załącznika nr 1, Część II, pkt 17**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zgrzewarki wyposażonej w zasilanie akumulatorowe pozwalające na wykonanie co najmniej 1000 zgrzewów przy pełnym naładowaniu akumulatora?

Odp: Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zgrzewarki wyposażonej w zasilanie akumulatorowe pozwalające na wykonanie co najmniej 1000 zgrzewów przy pełnym naładowaniu akumulatora

**Pytanie nr 5**

dot. SOPZ, Część I, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego optyczny czujnik wykrycia drewna, bez możliwości regulacji detekcji pola?

**Odp:** Zamawiający dopuści proponowane urządzenie.

**Pytanie 6**

dot. Zapytanie ofertowe pkt. 13, ppkt. 7), Część I

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgrzewarek będących urządzeniami laboratoryjnymi posiadającymi certyfikat CE zgodnie z normami 2006/95/EC oraz 2004/108/EC natomiast nie posiadający zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nadmieniamy, iż urządzenia z powodzeniem stosowane są w licznych ośrodkach między innymi w RCKiK Białystok, RCKiK Lublin, RCKiK Olszyn, WCKiK, a także u Zamawiającego.

**Odp:**

Zamawiający dopuści zaoferowane przez Wykonawcę zgrzewarki.

**Pytanie 7**

dot. SOPZ, część II, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgrzewarki wyposażonej w przycisk, zamiast rękojeści? Urządzenie wyposażone w przycisk usprawnia proces zgrzewania oraz nie wymaga użycia siły przez obsługujący je personel.

**Odp:**

Zamawiający dopuści zgrzewarki wyposażone w przycisk.

**Pytanie 8**

dot. SOPZ, część II, pkt. 10

Czy Zamawiający poprzez źródło zasilania rozumie podłączenie do zasilania głównego 230V? Głowica przenośnej zgrzewarki oferowanej przez naszą firmę zasilana jest poprzez stację wyposażoną w baterię (komplet głowica + stacja umożliwia przenoszenie zestawu).

**Odp:**

Źródłem zasilania zgrzewarki jest akumulator/bateria ładowany/na na stacji, która podłączana jest do zasilania głównego 230 V.

**Pytanie 9**

dot. SOPZ, część II, pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonujące do 350 zgrzewów na pełnym naładowaniu baterii?

**Odp:**

Zamawiający nie dopuści urządzenia, które wykonuje do 350 zgrzewów na pełnym naładowaniu baterii.

**Zamawiający informuje, iż**

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami

*Z poważaniem*  
/-/ Małgorzata Tarnawska  
Dyrektor  
RCKiK w Kaliszu