



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



oznaczenie sprawy: RCKiK/18/16/2024

Kalisz dnia 27.08.2024r

### INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa inkubatora z wytrząsarką do RCKiK w Kaliszu”

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta :

**PROLAB Sp. z o.o. Rzędziany 22,16-080 Tykocin**

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania Zamawiającego, które określił w ramach niniejszego postępowania. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt. i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w treści zapytania ofertowego (Cena brutto – waga 90 % ; Gwarancja 10%).

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp	Nazwa wykonawcy i adres	Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena brutto”	Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Gwarancja”	Łączna ilość punktów przyznana ofercie
1.	<b>PROLAB Sp. z o.o. Rzędziany 22 16-080 Tykocin</b>	90,00	10,00	100,00
2.	<b>MedCell Sp z o.o. ul. Domaniewska 37/2.43 02-672 Warszawa</b>	56,62	10,00	66,62
3.	<b>Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa</b>	-----	-----	Oferta odrzucona

Ponadto Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu informuje o odrzuceniu oferty w przypadku następującego Wykonawcy:

**Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa**

Uzasadnienie:

Inkubator zaoferowany przez Wykonawcę nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego w zakresie maksymalnych wymiarów urządzenia.

Zamawiający w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego **pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy”** określił maksymalne wymiary inkubatora na: długość 121cm, szerokość 70cm, wysokość 90 cm.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w dn. 06.08.2024 r. Zamawiający dopuścił urządzenie o wymiarach dł. 120 x szer. 71 x wys. 87,5 cm.

Ponadto w odpowiedzi na pytania Wykonawców w dn. 09.08.2024 r. Zamawiający dopuścił urządzenie o wymiarach szer. 690 x gł. 620 x wys. 1100 mm.

Wymiary zewnętrzne zaoferowanego inkubatora zgodnie ze złożoną specyfikacją urządzenia wynoszą: 1023 x772x766 mm (szer. x wys. x gł.) i tym samym nie spełniają wymagań postawionych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.

Z poważaniem

/-/ Małgorzata Tarnawska  
Dyrektor RCKiK w Kaliszu