



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 06.08.2024r.

RCKiK/18/16/2024

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na „**Dostawa inkubatora z wytrząsarką do RCKiK w Kaliszu**” (RCKiK/18/16/2024), udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy zamawiający zaakceptuje Inkubator o maksymalnych wymiarach Dł. 120 x Szer. 71 x Wys. 87,5 cm?

Odp.: Zamawiający zaakceptuje inkubator o powyższych wymiarach.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga urządzenia (inkubator oraz mieszałdo horyzontalne) dostarczonego wraz z urządzeniem zapewniającym awaryjne zasilanie dla w/w przez min. 1h czasu pracy na zasilaniu awaryjnym - UPS. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o rezygnację z powyższego zapisu i o zaakceptowanie urządzeń wyposażonych w awaryjne zasilanie akumulatorowe inkubatora umożliwiające podtrzymanie pracy wyświetlacza, a także monitorowanie temperatury i alarmów do 12 godzin oraz wytrząsarki alarmując wizualnie/dźwiękowo w przypadku zatrzymania urządzenia. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią kontrolę urządzeń w przypadku niespodziewanego braku zasilania.

Odp.: Zamawiający zaakceptuje urządzenia wyposażone w awaryjne zasilanie akumulatorowe inkubatora umożliwiające podtrzymanie pracy wyświetlacza, a także monitorowanie temperatury i alarmów do 12 godzin oraz wytrząsarki alarmujące wizualnie/dźwiękowo w przypadku zatrzymania urządzenia.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści wytrząsarkę, której częstotliwość wytrząsania jest ustawiona fabrycznie na 60 cykli/min bez możliwości zmiany prędkości wytrząsania?

Odp.: Zamawiający zaakceptuje wytrząsarkę o powyższych parametrach.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

Dariusz Szambelan
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
RCKiK w Kaliszu