

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**Część I – Dostawa jednej szafy chłodniczej dla Oddziału Terenowego w Koninie – wymagane parametry nie gorsze niż:**

Rodzaj parametru	Wymagania
Pojemność użytkowa (l)	Min. 550
Maksymalne wymiary zewn. (mm) (SzxGxW)	800*710*1950
Minimalne wymiary wewn. (mm) (SzxGxW)	640*510*1600
Drzwi	Pełne /Szkłane
Odwracalność drzwi	Tak
Metoda chłodzenia	Wymuszone
Odszranianie	Automatyczne
Zasilanie (V/Hz)	230/50
Regulator temperatury	Mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED
Zakres temperatury	2~8°C
Dokładność temp. (°C)	0,1°C
Alarm Dźwiękowy	Tak
Alarm Optyczny	Tak
Alarm awarii zasilania	Tak
Alarm awarii czujnika	Tak
Alarm niedomknięcia drzwi	Tak
Alarm wysokiej temperatury	Tak
Alarm niskiej temperatury	Tak
Liczba półek	min. 5
Samodomykacz drzwi	Tak
Otwór walidacyjny min. 20 mm	Tak
Mobilność	2 x przednie nóżki i 2 x tylne rolki (opcjonalnie 4 x kółka z regulowanym spodem )

**Gwarancja na urządzenie min. 24 miesięcy**

**Dostawa urządzenia: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.**

**Część II – Dostawa dwóch chłodziarko – zamrażarek do RCKiK w Kaliszu wymagane wymagane parametry nie gorsze niż:**

<b>Rodzaj parametru</b>	<b>Wymagania</b>
Zakres temperatur	Lodówka: +2 do 8°C Zamrażarka: -20 do -40 °C
Wymiary zewnętrzne	Szerokość: 690 mm do 750mm Głębokość: 650 mm do 700mm Wysokość: 1900 mm do 2100mm
Otwory walidacyjne	2 porty walidacyjne komory lodówki o średnicy 25 mm 2 porty walidacyjne komory zamrażarki o średnicy 25 mm
Alarmy	Obecne alarmy dźwiękowe i wizualne: 1. nieprawidłowej temperatury urządzenia, 2. nieprawidłowej temperatury otoczenia, 3. awarii zasilania urządzenia 4. otwartych drzwi 5. awarii czujnika temperatury
Ilość drzwi	Niezależne drzwi do komory chłodniczej i komory zamrażarki
Minimalna ilość półek/szuflad	Lodówka: 3 półki Zamrażarka: 3 szuflady
Odszranianie	Funkcja automatycznego odszraniania komory lodówki
Cyrkulacja powietrza	Lodówka: aktywny Zamrażarka: pasywny
Pojemność	Lodówka: nie mniej niż 200L Zamrażarka: nie mniej niż 140L
Wyświetlacz	LED
Sterowanie	Mikroprocesorowe
Awaryjne podtrzymanie zasilania	Akumulator podtrzymujący
Zasilanie (V/Hz)	230V/50Hz

**Gwarancja na urządzenia min. 24 miesięcy**

**Dostawa urządzeń: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.**