



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



oznaczenie sprawy: RCKiK/18/34/2024

Kalisz dnia 13.12.2024r

INFORMACJA

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania pn. **Wykonanie usługi wzorcowania, legalizacji i serwisu urządzeń pomiarowych należących do RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18/34/2024)**,

udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W celu przygotowania oferty proszę o informację w ilu transzach będą wysłane termometry oraz określenie przybliżonego czasu wzorcowania.

Odpowiedź:

Termometry będą wysyłane w jednej transzy.

Przybliżony czas wzorcowania:

1. Termometr elektroniczny produkcji Elmetron Zabrze model 411, wraz z czujnikami rezystancyjnymi PT-10000S typu CT2S-121 (1 termometr + 10 czujników) – kwiecień 2025r
2. Termometr elektroniczny produkcji Elmetron Zabrze model 411, wraz z czujnikami rezystancyjnymi PT-10000S typu CT2S-121 (1 termometr + 10 czujników) – kwiecień 2025r
3. Termometr elektroniczny produkcji Elmetron Zabrze model 401, wraz z czujnikami typu CTB (1 termometr + 4 czujniki) – listopad 2025r
4. Termometr TERMIO-2 (3 szt.) – styczeń 2025r
5. Termometr MINI MicroLite II NTC wraz z czujnikami temperatury NTC MicroLite (2 szt.) – wrzesień 2025r
6. Termohigrometr (1 szt.) – styczeń 2025r

Pytanie nr 2:

Proszę również o podanie dokładnych punktów wzorcowania termohigrometru (część 4).

Odpowiedź:

Zakres wzorcowania poziomu wilgotności dla termohigrometru to od 30% do 80%.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

/-/ Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu