



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



oznaczenie sprawy: RCKiK/18/34/2024

Kalisz dnia 16.12.2024r

### INFORMACJA

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania pn. **Wykonanie usługi wzorcowania, legalizacji i serwisu urządzeń pomiarowych należących do RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18/34/2024)**,

udzielamy następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

Dziękuję za odpowiedź, ale prosiłem o podanie konkretnych punktów wzorcowania temperatura + wilgotność.

#### **Odpowiedź:**

Zakres temperatur dla termohigrometru wynosi od  $+10^{\circ}\text{C}$  do  $+25^{\circ}\text{C}$ .

Zakres wzorcowania poziomu wilgotności dla termohigrometru od 30% do 80%.

#### **Zamawiający informuje, iż**

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

*Z poważaniem*

/-/ Małgorzata Tarnawska  
Dyrektor  
RCKiK w Kaliszu