



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 28.03.2025r.

RCKiK/18/9/2025

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z pytaniami dot. postępowania pn.

„Świadczenie usług przeglądów technicznych i walidacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń będących na wyposażeniu w RCKiK w Kaliszu (części 1-6)”RCKiK/18/9/2025

udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Dotyczy części nr 1

Czy w związku, że kwalifikacja procesowa jest wykonywana przez użytkownika, Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeprowadzania przez Wykonawcę procesu rewalidacji?

Odp 1:

1. Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeprowadzania przez Wykonawcę procesu rewalidacji.
2. Zamawiający żąda wykonania przeglądu technicznego urządzenia.

a) Sposób wykonania przeglądu technicznego:

- wizualna kontrola urządzenia
- czyszczenie wnętrza urządzenia
- kontrola układu chłodzenia
- kontrola układu elektrycznego
- kontrola układu pneumatycznego
- kontrola temperatur płyty górnej i dolnej
- kontrola systemu komunikacji zamrażarki szokowej z jej oprogramowaniem
- walidacja skanerów
- walidacja oprogramowania
- należy wykonać pomiary szczelności dwóch układów chłodniczych ZAMRAŻARKI DOMETIC i wystawić protokół z przeprowadzonych czynności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane
- sporządzenie protokołu przeglądu technicznego z wynikiem, podsumowaniem i komentarzem, nazwami i numerami seryjnymi użytych przyrządów pomiarowych wraz z kopią ich aktualnego świadectwa wzorcowania.
- sporządzenie protokołu kwalifikacji skanera z wynikiem, podsumowaniem i komentarzem
- sporządzenie protokołu kwalifikacji oprogramowania z wynikiem, podsumowaniem i komentarzem.

b) Wpis do dokumentu aparatu (Dziennik aparatu).

Po wykonaniu przeglądu technicznego wymagany jest wpis wykonanych czynności do dokumentacji aparatu (Dziennik aparatu) potwierdzony podpisem osoby wykonującej i pieczętą serwisu oraz umieszczenie na urządzeniu naklejki informującej o dacie wykonania przeglądu i dacie następnego przeglądu.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami.

Z poważaniem

/-/ Dariusz Szambelan

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

RCKiK w Kaliszu