



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 28.03.2025r.

RCKiK/18/10/2025

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na „**dostawa pojemników transferowych do składników krwi o pojemnościach 150 ml i 300 ml do RCKiK w Kaliszu**” (RCKiK/18/10/2025), udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 dotyczy SWZ, zał. nr 1, część B, pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników do preparatyki i przechowywania składników krwi, o pojemności 400ml? Pojemniki są z powodzeniem stosowane w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Odp 1:

Zamawiający dopuści zastosowanie pojemników o pojemności 400 ml w miejsce wymaganych pojemników o pojemności 300 ml pod warunkiem, że będą one spełniały pozostałe wymagania postawione w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy”

Pytanie nr 2 dotyczy SWZ, zał. nr 1, część B, pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników nie posiadających numerowanego drenu? Dren wykonany z PCV umożliwia preparatykę wtórną przy użyciu zgrzewarek dielektrycznych oraz zgrzewarek do jałowego łączenia drenów. Pojemniki są z powodzeniem stosowane w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Odp:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3 dotyczy SWZ, zał. nr 1, część B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień w pełnych opakowaniach?

Odp:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie tj. na realizację zamówień w pełnych opakowaniach.

Ilość oferowanych pojemników w ofercie Wykonawcy musi być dokładnie taka jaką określił Zamawiający w zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 4 do Umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w umowie zapisu o możliwości zmiany numeru katalogowego przedmiotu zamówienia jeżeli zmiana ta nie wpłynie na pogorszenie jakości dostarczanego produktu?

Odp:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie proponowanego zapisu.

Wykonawca, przed zmianą numeru katalogowego zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu (do zaakceptowania) odpowiednich dokumentów potwierdzających, że proponowany produkt spełnia wymogi postawione w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy”

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami.

Z poważaniem

/-/ Dariusz Szambelan

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

RCKiK w Kaliszu