



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



RCKiK/18/15/2025

Kalisz dnia 11.04.2025r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z pytaniami dot. postępowania pn.

„Dostawa zgrzewarek dla RCKiK w Kaliszu (części I i II)” RCKiK/18/15/2025

Część nr I – dostawa 1 sztuki zgrzewarki dialektycznej do drenów - stacjonarnej dla RCKiK w Kaliszu.

Część nr II – dostawa 2 sztuk zgrzewarek ręcznych mobilnych dla RCKiK w Kaliszu (dla TO w Ostrowie Wielkopolskim).

udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 1, Część II, pkt 5

Zamawiający wymaga aby zgrzewarka posiadała długość przewodu wynoszącą 1,70 metra (+/- 10 cm). Czy Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę, której długość przewodu wynosi 1,50 metra (+/- 1%)?

Odp 1:

Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę której długość przewodu wynosi 1,50 metra (+/- 1%).

Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 1, Część II, pkt 10

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę przenośną, składającą się z ręcznej głowicy zgrzewającej połączonej za pomocą przewodu z pakietem akumulatorowym? W takiej konfiguracji urządzenie umożliwia mobilne wykonywanie zgrzewów. Podczas wykonywania zgrzewów urządzenie nie musi być podłączone do zasilania sieciowego. Jest to wymagane tylko podczas ładowania pakietu akumulatorowego.

Odp 2:

Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę przenośną składającą się z ręcznej głowicy zgrzewającej połączonej za pomocą przewodu z pakietem akumulatorowym.

Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr 1, Część II, pkt 11

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zgrzewarki umożliwiającej zgrzewanie drenów z PCV o średnicy zewnętrznej od 3 mm do 5,2 mm i grubości ścianki nie przekraczającej 0,9 mm.

Odp 3:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w/w zgrzewarki.

Pytanie nr 4 – dotyczy Załącznika nr 1, Część II, pkt 15

Czy Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę bez wskaźnika poziomu naładowania baterii, wyposażoną we wskaźnik ładowania oraz naładowania baterii?

Odp 4:

Zamawiający zaakceptuje zgrzewarkę wyposażoną we wskaźnik ładowania oraz naładowania baterii.

Pytanie nr 5 – dotyczy Załącznika nr 1, Część II, pkt 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zgrzewarki wyposażonej w zasilanie akumulatorowe pozwalające na wykonanie co najmniej 1300 zgrzewów przy pełnym naładowaniu akumulatora?

Odp 5:

Zamawiający zgodzi się na zaoferowane zgrzewarki akumulatorowe pozwalające na wykonanie co najmniej 1300 zgrzewów przy pełnym naładowaniu akumulatora.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami,
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego,
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami.

Z poważaniem
/-/ Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu