



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 08.04.2025r.

RCKiK/18/12/2025

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na „**Dostawa i instalacja czterech sztuk wagomieszarek do pobierania krwi pełnej na potrzeby RCKiK w Kaliszu**” (RCKiK/18/12/2025), udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

1. Dot. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 pkt. II ppkt. 20

W związku z postępowaniem technologicznym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z wbudowanym szerokokątnym skanerem kodów kreskowych. Takie rozwiązanie znacząco wpływa na ergonomię pracy, eliminując konieczność trzymania tradycyjnego skanera w ręku.

Odp.: Zamawiający dopuści wyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie 2

dotyczy SWZ, Załącznik nr 1

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby każda wagomieszarka była wyposażona w zintegrowaną zgrzewarkę do drenów, zapewniającą możliwość łatwego odgrzania drenu biorczego po zakończonym poborze?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby wagomieszarki były wyposażone w zintegrowaną zgrzewarkę do drenów.

Pytanie 3

dotyczy SWZ, Załącznik nr 1, Rozdz. II, pkt. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagomieszarek, na których możliwe jest zaprogramowanie pobieranej objętości krwi w zakresie 100 – 650 ml? Takie rozwiązanie zapewnia pobór jednostki krwi pełnej i jest z powodzeniem stosowane w wielu Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Odp.: Zamawiający dopuści wagomieszarki, na których możliwe jest zaprogramowanie pobranej objętości krwi w zakresie 100-650 ml.

Pytanie 4

dotyczy SWZ, Załącznik nr 1, Rozdz. II, pkt. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wagomieszarek o dokładności ważenia wynoszącej +/- 1% w zakresie 350 – 1000 g? Takie rozwiązanie zapewnia prawidłowy odczyt wagi odpowiadającej jednostce pobranej krwi pełnej (400-450 ml) i jest z powodzeniem stosowane w wielu Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Odp.: Zamawiający dopuści wagomieszarki, o dokładności ważenia wynoszącej +/-1% w zakresie 350 -1000 g.

Pytanie 5**dotyczy SWZ, Załącznik nr 1, Rozdz. II, pkt. 19**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wagomieszarki wyposażonej w automatyczny zawór zlokalizowany z przodu urządzenia (między jego środkiem, a lewą krawędzią)? Zawór spełnia swoją funkcjonalność - zamyka dopływ krwi do pojemnika kolekcyjnego po pobraniu zadanej objętości krwi, a także pozwala na wykorzystanie wagomieszarki (poprowadzenia drenu) z obu jej stron.

Odp.: Zamawiający dopuści wyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie 6**dotyczy SWZ, Załącznik nr 5**

Czy w przypadku zwłoki w usunięciu zgłoszonej przez Zamawiającego awarii/usterki w terminie określonym w § 6 ust. 9 umowy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie przez Wykonawcę, na czas naprawy urządzenia zastępczego spełniającego zapisy SWZ i jednocześnie zrezygnuje z naliczania kar umownych określonych w § 7 ust. 2, pkt. 3?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 5 projekt umowy.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

/-/ Małgorzata Tarnawska
Dyrektor RCKiK w Kaliszu