



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 16.04.2025r.

RCKiK/18/15/2025

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z pytaniami dot. postępowania pn.

„Dostawa zgrzewarek dla RCKiK w Kaliszu (części I i II)” RCKiK/18/15/2025

Część nr I – dostawa 1 sztuki zgrzewarki dialektycznej do drenów - stacjonarnej dla RCKiK w Kaliszu.

Część nr II – dostawa 2 sztuk zgrzewarek ręcznych mobilnych dla RCKiK w Kaliszu (dla TO w Ostrowie Wielkopolskim).

udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 część I pkt 10 i 11

W związku z zapisami punktów 10 i 11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 część I, uprzejmie prosimy o możliwość modyfikacji wymagań poprzez rezygnację z konieczności obsługi drenów wykonanych z tworzywa EVA.

Z dostępnych analiz rynku oraz praktyki producentów urządzeń wynika, że większość rozwiązań komercyjnych specjalizuje się w pracy z jednym dominującym typem materiału – najczęściej z drenem z PCV. Techniczne różnice pomiędzy PCV a EVA w zakresie parametrów zgrzewania (temperatura, siła docisku, czas zgrzewu) powodują, że uniwersalne dostosowanie siły zgrzewania do obu typów materiałów nie jest możliwe bez znaczącego pogorszenia jakości i niezawodności zgrzewu.

Z uwagi na powyższe oraz w trosce o zapewnienie wysokiej jakości i trwałości procesu zgrzewania, wnioskujemy o wykreślenie z wymagań konieczności obsługi drenów z EVA i pozostawienie jedynie obsługi drenów z PCV, jako materiału powszechnie stosowanego i technologicznie wspieranego przez większość producentów urządzeń na rynku.

Odp.1:

Zamawiający nie zrezygnuje z wymagania obsługi drenów wykonanych z EVA, natomiast z uwagi na niski udział tych pojemników w rutynowej pracy, do przeprowadzenia testów oceniających szybkość pracy oraz pracę w systemie ciągłym będą brane pod uwagę i oceniane zgrzewy wykonane na drenach z PCV.

Zgrzewy na drenach wykonanych z EVA muszą spełniać warunki oceny wizualnej, szczelności i łatwości rozdzielania.

Pytanie nr 2.

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 część II pkt 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obudowy wykonanej z aluminium, które samo w sobie jest odporne na uszkodzenia mechaniczne. Taka konstrukcja wyklucza konieczność stosowania dodatkowych osłonek.

Odp.2:

Zamawiający dopuści obudowę wykonaną z aluminium.

Pytanie nr 3.

Dot. zapisów Umowy § 7 pkt. 2 ppkt. 1,2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 pkt. 2 ppkt. 1,2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.3:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 7 pkt. 2 ppkt. 1,2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie nr 4.

Dot. Zapytanie Ofertowe Rozdz. IV pkt 13 ppkt 5

Zważywszy na fakt, iż materiały informacyjne / karty katalogowe są przygotowane przez producenta zgodnie z obowiązującymi regulacjami i mają charakter uniwersalny, mogą nie zawierać wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie, złożenia oświadczenia przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela dot. spełnienia wymagań nie zawartych w uniwersalnych materiałach informacyjnych

Odp.4:

Zamawiający dopuści oświadczenia złożone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela dot. spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego a nie zawartych w uniwersalnych materiałach informacyjnych.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami,
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego,
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami.

Z poważaniem
/-/ Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu