



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



oznaczenie sprawy: RCKiK/18/13/2025

Kalisz dnia 08.04.2025r

INFORMACJA

W związku z pytaniami do postępowania pn. **Dostawa i instalacja dwóch sztuk stacjonarnych foteli do pobierania krwi dla Oddziału Terenowego w Ostrzeszowie. (RCKiK/18/13/2025),** udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy to miałyby być taki fotel: (w tym miejscu znajduje się w zapytaniu link do konkretnego modelu fotela) ?

Odpowiedź:

Zamawiający określił zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym (zał. nr 1) i wymaga dostawy foteli o parametrach zgodnych z opisem i przy uwzględnieniu odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 60-100 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 60-100 cm

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela, który posiada elektryczną regulację wysokości, natomiast sekcja oparcia oraz podnózek są regulowane manualnie za pomocą sprężyn gazowych?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela z regulacją manualną za pomocą sprężyn gazowych.

Pytanie nr 4:

Zamawiający wymaga wysokości siedziska 50 – 65 cm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foteli wyposażonych w silnik umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie 56,5 – 68 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wyposażonego w silnik umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie 56,5 – 68 cm?

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 3 fotel o regulacji wysokości 60-85cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści w pkt. 3 fotel o regulacji wysokości 60-85cm.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

/-/ Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu