



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 11.06.2025r.

RCKiK/18/17/2025

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania pn.
„Sukcesywna dostawa pojemników plastikowych na odpady medyczne dla RCKiK w Kaliszu ”
udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy dolnej 110mm, górnej 120mm i wysokości 120mm?

Odp 1:

Tak, Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy dolnej 110mm, górnej 120mm i wysokości 120mm?

Pytanie nr 2.

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy dolnej 105mm, górnej 120mm i wysokości 220mm?

Odp 2:

Tak, Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy dolnej 105mm, górnej 120mm i wysokości 220mm?

Pytanie nr 3.

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy dolnej 200mm, górnej 230mm i wysokości 190mm?

Odp 3:

Tak, Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy dolnej 200mm, górnej 230mm i wysokości 190mm?

Pytanie nr 4.

Pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści pojemniki z miejscami do opisu jak na zdjęciu:

Odp 4:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Zamawiający dopuszcza oznakowanie identyfikujące zgodne z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r, poz. 1975) oraz z opisem umieszczonym w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 5.

Czy zamawiający dopuści pojemniki jak niżej

POJEMNIK 1L.**OPIS:**

Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych.

Cechy:

- pojemnik typu wiadro, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie
- otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki
- otwór wrzutowy wyposażony w dodatkowe paski utrudniające wydostanie się zawartości pojemnika na zewnątrz
- możliwość wyłamania pasków w celu powiększenia otworu wrzutowego
- oznakowany naklejką ostrzegawczą zgodną z aktualnymi wymogami
- pojemnik po zapełnieniu do 2/3 wysokości należy szczelnie zamknąć poprzez docisnięcie wieka pojemnika oraz wieka otworu wrzutowego i przekazać do utylizacji.

Pojemność	1,0L
Kolor	Czerwony, Żółty, Niebieski
Tworzywo	Polipropylen
Wysokość wewnętrzna	110mm
Wysokość całkowita	120mm
Otwór wrzutowy	100x70mm
Szerokość podstawy górnej	130mm
Szerokość podstawy dolnej	110mm
Sposób utylizacji	Spalanie
Opakowanie	Pakowanie po 50szt. w kartony (391x287x294)

Oferowany wyrób jest zgodny z powyższym opisem i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Pojemnik posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH B.BB.610.3.2023

Pojemnik 2L**OPIS:**

Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych.

Cechy:

- pojemnik typu wiadro, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie
- otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki
- otwór wrzutowy wyposażony w dodatkowe paski utrudniające wydostanie się zawartości pojemnika na zewnątrz
- możliwość wyłamania pasków w celu powiększenia otworu wrzutowego

- oznakowany naklejką ostrzegawczą zgodną z aktualnymi wymogami
- pojemnik po wypełnieniu do 2/3 wysokości należy szczelnie zamknąć poprzez docisnięcie wieka pojemnika oraz wieka otworu wrzutowego i przekazać do utylizacji.

Pojemność	2,0L
Kolor	Czerwony, Żółty, Niebieski
Tworzywo	Polipropylen
Wysokość wewnętrzna	200mm
Wysokość całkowita	210mm
Otwór wrzutowy	100x70mm
Szerokość podstawy górnej	130mm
Szerokość podstawy dolnej	110mm
Sposób utylizacji	Spalanie
Opakowanie	Pakowanie po 30szt. w kartony (391x287x294)

Oferowany wyrób jest zgodny z powyższym opisem i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Pojemnik posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH B.BB.610.3.2023

Pojemnik 5L

OPIS:

Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych.

Cechy:

- pojemnik typu wiadro, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie
- otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki
- otwór wrzutowy wyposażony w dodatkowe paski utrudniające wydostanie się zawartości pojemnika na zewnątrz
- możliwość wyłamania pasków w celu powiększenia otworu wrzutowego
- oznakowany naklejką ostrzegawczą zgodną z aktualnymi wymogami
- pojemnik po wypełnieniu do 2/3 wysokości należy szczelnie zamknąć poprzez docisnięcie wieka pojemnika oraz wieka otworu wrzutowego i przekazać do utylizacji.

Pojemność	5,0L
Kolor	Czerwony, Żółty, Niebieski
Tworzywo	Polipropylen
Wysokość wewnętrzna	213mm
Wysokość całkowita	220 mm
Otwór wrzutowy	100x70 mm
Szerokość podstawy górnej	220x185mm
Szerokość podstawy dolnej	170x135mm
Sposób utylizacji	Spalanie
Opakowanie	Pakowanie po 40 szt. w kartony (600x400x365)

Oferowany wyrób jest zgodny z powyższym opisem i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Pojemnik posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH B.BB.610.3.2023

Odp 5:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu – dot. pojemników 1l., 2l. i 5l.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym i w Formularzu oferty.

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami.

Z poważaniem
/-/ Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu